

四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所

**恒温层析柜等一批设备
采购项目**

**招
标
文
件**

2025 年 9 月

目 录

第一章 招标邀请	3
第二章 投标须知	6
第三章 供应商资格审查及符合性审查	9
第四章 采购需求	12
第五章 评分标准	18
第六章 投标文件格式	20
第七章 合同条款（仅中标后使用）	34

第一章 招标邀请

序号	应知事项	说明和要求
1	采购人	四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所
2	项目名称	恒温层析柜等一批设备采购项目
3	项目编号	/
4	采购需求	详见招标文件第四章
5	最高限价	人民币 85000.00 元（捌万伍仟元整）；分项限高价如下： 紫外吸收检测仪：20000.00 元； 恒温层析柜：16000.00 元。 ELISA 洗板机：12000 元。 纯水机：19000 元。 洁净工作台：9000 元。 超过最高限价的报价，其投标文件作无效处理。
6	邀请方式	☒ 公开招标：四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所官方网站上以公告形式发布； ☐ 邀请招标：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。
7	联合体	☐ 接受 ☒ 不接受
8	合同分包、转包	☐ 接受 ☒ 不接受
9	现场踏勘	☒ 不举行 ☐ 举行 (1) 踏勘签到时间： (2) 踏勘签到地址： (3) 踏勘时间： (4) 联系人： (5) 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘地点，所产生的费用由供应商自行承担。参与投标默认为已经踏勘完成，如因投标人未踏勘现场所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由投标人自行负责。
10	答疑会	☐ 组织 ☒ 不组织
11	履约保证金	☐ 不收取

		☒收取 1. 交款金额：<u>合同金额的10%</u> 2. 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； (1)收款单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所 (2)开户行：农业银行光华支行 (3)银行账号：22804101040005534 3. 交款时间： ☒采购合同签订后7日内； ☐中标公告发出后7个工作日内。 4. 退还时间及方式：货物自验收合格之日满1年，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金。 5. 履约保证金不予退还情形： (1)中标供应商不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； (2)项目验收结果不合格的； (3)其他违反国家相关法律法规的情形。
12	评审方式	☒ 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足招标文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），评审小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为中标供应商。若得分相同则报价最低的为中标供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定中标供应商，详见招标文件第五章。 ☐ 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术参数要求和商务要求均符合要求的供应商达到3家以上（含3家），评审小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的供应商为中标供应商。若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定中标供应商。
13	招标文件获取方式	通过四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所官网（ https://www.scsydw.com/ ）， 免费 下载招标文件。
14	投标文件提交方式	☐线上提交： 通过四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所官网

		(https://www.scsydw.com/) 提交投标文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 ☒现场提交： （1）投标文件应在提交投标文件截止时间前送达投标地点； （2）文件份数：正本1份、副本2份； （3）递交方式：投标文件递交方式：密封装订封口处加盖公章，现场递交或快递送达。 （4）投标地点：成都市高新区中和街道应龙社区四川省人民医院实验动物研究所。 （5）递交时间：2025.10.17 17:00前 （快递地址：成都市高新区中和街道应龙社区实验动物研究所，闫志峰，18980872812，建议选择顺丰快递） 注：投标文件应在提交投标文件截止时间前提交(快递以寄出时期为准)；无论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对投标人作任何解释；未按方式提交或逾期送达或没有密封的投标文件恕不接收。
15	联系方式	（1）采购联系人：闫老师 联系方式：18980872812 （2）技术联系人：兰老师 联系方式：13880629226 （3）监督部门：杨老师 联系方式：028-67087818

第二章 投标须知

序号	应知事项	说明和要求
1	报价	(1) 本项目投标统一使用人民币报价； (2) 报价应是完成招标全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。
2	投标文件编制要求	(1) 投标文件的格式 投标供应商应仔细阅读本招标文件，按招标文件第六章“投标文件格式”进行编制，投标供应商在编制投标文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由投标供应商根据实际情况自主编制，但不得影响投标文件内容的完整性和有效性；投标供应商应在“投标文件格式”前附文件索引表、目录； (2) 投标文件的语言 1. 采购人和投标供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：投标供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由投标供应商承担； (3) 投标文件的签署、盖章 投标文件应根据招标文件的要求签署、盖章。
3	评审要求	(1) 评审小组根据招标文件对供应商的投标文件进行资格审查、符合性审查及其他有效性审查。审查合格的投标供应商满足 3 家以上(含 3 家)，评审小组按照评审方式进行评审。若合格供应商不足 3 家，不得进行下一步评审。 (2) 投标当天，供应商应保证招标文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正等条件（在接到通知后的在评审委员会规定时间内未回复做无效处理）。 (3) 评审小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

序号	应知事项	说明和要求
4	货物质量要求	(1) 供应商投标货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； (2) 若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济 and 法律责任； (3) 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。
5	服务质量要求	(1) 符合本招标文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； (2) 国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。
6	知识产权要求	(1) 供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； (2) 供应商将在招标项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； (3) 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
7	供应商纪律要求	(1) 供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； (2) 若投标文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该投标文件作无效处理，若是中标后发现的，采购人应当取消其中标资格； (3) 采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 (4) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

序号	应知事项	说明和要求
		⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 ⑦投标文件文件属性一致、IP 地址一致且不能进行合理解释。
8	招标文件澄清、修改	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为招标文件的有效组成部分。
9	供应商质疑	自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式提交； 注：1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
10	中标公告及合同签订	（1）招标完成后，采购人在官网发出中标公告； （2）请中标供应商在中标公告发出一个工作日后，联系 采购联系人 （闫老师，联系方式：18980872812）。 （3）中标供应商应在中标公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。 （4）若中标供应商以非正当理由放弃中标，在3年内不得参与本单位的投标申请。
11	总体说明	（1）无论招标结果，供应商的投标文件不予退回，参选产生的一切费用由供应商自行承担； （2）本招标的第一章、第二章均为实质性要求，投标供应商应当符合； （3）“采购人”“招标人”系指本次组织招标的四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所； （4）“供应商”“投标供应商”“投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商； （5）若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； （6）本招标文件最终解释权归采购人所有。

第三章 供应商资格审查及符合性审查

资格审查			
序号	资格审查项	通过条件	结论
1	具有独立承担民事责任的能力	(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； (2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； (3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；	
2	具有健全的财务会计制度	供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： (1) 可提供截至投标文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； (2) 也可提供截至投标文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； (3) 也可提供截至提交投标文件截止日一年内银行出具的资信证明； (4) 供应商注册时间截至提交投标文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程；	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函)	
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录		
5	具有良好的商业信誉		

资格审查			
序号	资格审查项	通过条件	结论
6	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录		
7	法律、行政法规规定的其他条件		
8	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单		
9	经营许可	投标产品涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表复印件（加盖投标供应商公章）（如涉及）	
10	产品资质	投标产品涉及医疗器械产品注册证（或备案凭证）复印件（加盖投标供应商公章）（如涉及）	
11	产品授权	投标供应商获得的经销授权书复印件（逐级，加盖投标供应商公章）	

符合性审查			
序号	符合性审查项	通过条件	结论
1	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	(1) 法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 (2) 授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。	
2	招标文件中实质性要求	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）	
3	投标文件编制	符合招标文件编制的实质性要求； 注：投标供应商无需另行提供证明材料	
4	签字、盖章	符合招标文件要求； 注：投标供应商无需另行提供证明材料	
5	报价	符合招标文件报价要求； 注：投标供应商无需另行提供证明材料	

第四章 采购需求

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。本章中带“▲”为重点扣分项，详见招标文件第五章“评分标准”

一、项目简介

本项目拟采用公开招标的方式采购叠加式二氧化碳振荡培养箱等一批设备。

二、★采购清单

序号	设备名称	★数量	★单位	★限高单价 (元)	★是否 允许进 口
1	紫外吸收检测仪	1	台	20000	否
2	恒温层析柜	1	台	16000	否
3	ELISA 洗板机	1	台	12000	否
4	纯水机	1	台	19000	否
5	洁净工作台	2	台	9000	否
★限高总价：85000 元（大写金额：捌万伍仟元整）					

三、技术、服务要求（技术参数的响应，以提供的客观证明材料为准，如：说明书、产品彩页、检测报告等，仅以供应商自身名义做出的参数响应视作无效响应）

（一）紫外吸收检测仪

- 1.★检测波长：至少具有 220、254、280、340nm（数显）；
- 2.▲滤光片前置可切换式；
- 3.▲光程：≤3mm；
- 4.▲样品池容积：≥100uL；
- 5.量程：吸光度（A）0-3A（不少于 6 档）；透过率（T）：（0-100）%；
- 6.★流量：≥10mL/min（特殊需要可另配）；
- 7.★最小检测量：≤0.1mg/mL；
- 8.工作时间：连续；
- 9.★光源使用寿命≥10000h；
- 10.标配：层析图谱分析软件(U 盘)；
- 11.★可与电脑连接，可在电脑上进行绘图、保存数据、数据分析；显示参数：峰高、峰宽峰面积、峰面积比、保留时间、层析柱分辨率等。

（二）恒温层析柜

- 1.用途：专为生化层析实验而研制的特殊用途低温柜，也可用于其他需要低温环境的实验，或用于物品冷藏。
- 2.样式：立式、对开门；
- 3.★容积：≥1000L；
- 4.▲温度控制：箱内温度保持在 2℃-8℃ 范围内，显示精度≤0.1℃；
- 5.制冷方式：风冷；
- 6.外部尺寸（宽×深×高）：≤1220×860×1885mm；
- 7.内部尺寸（宽×深×高）：≥1100×684×1325mm；
- 8.气候类型：N SN；
- 9.▲净重：≤220kg；
- 10.额定功率：≤704VA；
- 11.▲噪音等级：<60dB（A）；
- 12.内、外部材料采用喷涂钢板；
- 13.隔热层：采用聚氨酯环戊烷发泡；
- 14.▲外门：不少于 2 扇；双层中空钢化玻璃门，带电加热，防止表面凝露，便于展示；
- 15.★搁架：不少于 6 个，高度可调节；
- 16.脚轮：底部前后 4 个脚轮，前轮带刹车装置；
- 17.▲高效的制冷系统设计：高效压缩机，无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器强制风冷散热；
风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；
- 18.▲温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到或优于 0.1℃；
- 19.至少 1 个测试孔，直径 23±2mm，方便监测和实验采集数据；
- 20.数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；
- 21.▲完善的报警系统：至少具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8 小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
- 22.▲数据存储与导出：标配 USB 存储模块，每月可存不少于 8000 条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存不少于 10 年（120 个月）数据；
- 23.▲多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护；
- 24.▲标配 USB 存储模块，可全程跟踪记录温度变化。

（三）ELISA 洗板机

- 1.中英文菜单，只需按键即可自动完成洗板、冲洗和关机过程；
- 2.液晶大屏幕可同屏显示所有洗板程序参数，所有参数可选择更改；
- 3.最多不少于 50 个洗板程序，每个程序独立贮存一种实验项目名称和对应微孔板形状参数；
- 4.▲具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作步骤；
- 5.▲微孔位置参数数字化显示并精确到 0.1mm，适用国内外适用各型微孔板：平底板、V 型底板、U 型底板、圆型底板（96 孔和 48 孔均可）；
- 6.▲标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔；
- 7.▲具有洗液冲洗管路功能，冲洗时间可调，洗液种类可选择；
- 8.▲具备微孔板浸泡、振动和振泡功能，有利于降低反应过程中的干扰性吸附；
- 9.各洗液瓶内专有高效过滤装置避免管路堵塞，减少堵孔的发生；
- 10.开关机自动蒸馏水冲洗和洗板过程中自定义蒸馏水间隔冲洗有效防止结晶的形成；
- 11.具有压力调节阀，可有效调整清洗液压力，并能排除压力过大危害；
- 12.可拆卸微孔板托盘，底面斜面设计，漏液自动抽取；
- 13.微孔板卡位悬空设计，避免孔底受污染；
- 14.清洗头支架设计，可预防洗板过程中清洗头错位、掉落；
- 15.洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，废液满自动报警功能；
- 16.▲清洗液残留量：每孔<0.7ul；
- 17.▲96 孔间加液误差：CV<1.5%；
- 18.清洗头：8 通道和 12 通道
- 19.清洗次数：0-99 次可调；
- 20.▲清洗条数：通过键盘 1-12 排可快速选中并指示；
- 21.清洗方式：板式或条式；
- 22.清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔 50ul 可调；
- 23.注液通道：至少 3 个（洗液 2 种可扩展至 4 种，蒸馏水或清洁液 1 种）；
- 24.▲洗板模式：至少具有浸泡、振动或振泡 3 种洗板模式；
- 25.模式时间：0-999 秒可调（秒、时、分可选择）；
- 26.吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔 0.1 秒；
- 27.冲洗管路时间：0-240 秒可调，避免管路堵塞；
- 28.▲自动蒸馏水冲洗间隔：0-20 块板；
- 29.清洗针位置：至少五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节。

（四）纯水机

- 1.主机电源：AC220V/50HZ，主机功率：150~350W；
- 2.★适用标准：一机两用，可直接将城市自来水或地下水纯化为符合 GB/T6682 标准中规定实验室用三级纯水；
- 3.★进水要求：城市自来水或地下水（TDS≤1000ppm），水压 0.3~0.4MPa，水温 5~45℃。
- 4.主机尺寸（mm）：≤420×560×1120（W×D×H），重量：净重约 45~53kg；
- 5.▲系统采用双级反渗透工艺，离子、有机物、微生物和热源去除能力强，产水水质稳定；
- 6.▲具有 RO 纯水电导率、温度在线监测；
- 7.具有智能循环系统，除菌抑菌同步进行；
- 8.采用全自动制水设计，操作简单便捷。
- 9.★制水量：≥40 升/小时（水温 25℃时），取水流量：1.5-1.8L/Min；
- 10.▲RO 纯水水质：标配三通道预处理系统，具有“新型的反渗透膜壳”相关证明文件，保证 RO 水水质电导率稳定在 1-5μs/cm@25℃（在线监测）；
- 11.▲储存系统：标配不少于 20 升 PE 纯水箱（中间）和 100 升 PE 纯水箱（终端），无菌储水箱储水安全无污染，提供相关证明文件，保证储存系统的水质；
- 12.适用于生化试剂、培养基制备；器皿冲洗/学生实验；增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水。
- 13.★适用于纯水进水超纯水机前置纯水单元。

（五）洁净工作台

- 1.外部尺寸：≤1460mm×620mm×1850mm(长×宽×高)；
- 2.★内部尺寸：≥1335mm×530mm×650mm(长×宽×高)；
- 3.额定功率：≤750 W(电源消耗功率包括柜体插座负载功率（单个负载不能超过 500W）)；
- 4.气流流速：0.30~0.45m/s；
- 5.紫外灯功率：≤40W；
- 6.LED 日光灯功率：≤16W；
- 7.前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；
- 8.▲前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
- 9.噪音≤65dB(A)；
- 10.工作台到地面高度：≥750mm；
- 11.★产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；
- 12.照明：≥300lx；
- 13.★洁净等级：ISO5 级（ISO Class5），100 级（美联邦 209E）Class100（Fed 209E）；

14. 洁净台分类：垂直层流、单面操作；
15. ▲过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径 $0.3\mu\text{m}$ 颗粒过滤效率为 99.995%；
16. ▲具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；
17. ★工作区台面选用优质 304 拉丝不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
18. 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；
19. ▲控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；
20. ▲更换初、高效过滤器可在柜体前侧进行，不用移动设备即可完成；
21. ▲洁净台前视窗是采用 5mm 厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，具有防脱落设计，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；
22. 风机 8 挡调速，适配不同的实验类型；
23. ▲紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；
24. ▲具有紫外灯、风机预约定时功能；
25. ▲具有压力单位转换功能，进行 PA 和 m/s 之间的单位切换；
26. ▲紫外灯开启延时 5~20s 之间可调，保护操作人员安全；
27. ▲完善的报警系统：
 - 27.1 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；
 - 27.2 过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警；
 - 27.3 过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警；
 - 27.4 风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的 20%时报警；

★四、商务要求：

1. 付款方式：投标人须在合同签订生效之日起的 7 日内，按合同总价 10%支付履约保证金，投标人须在安装调试经采购人验收合格后 5 日内，投标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人自收到上述发票及凭证资料后 55 日内支付合同总价 100%的货款给投标人。

2. 交货时间：合同签订后 30 日内，投标人须将所有货物运抵现场安装调试完毕并交付采购人验收，具体时间可由双方在合同中约定。

3. 由于投标人的原因未能按时供货的，每拖延一天，须向采购人支付合同总额千分之三的违约金；如超过供货期 60 天，采购人有权解除合同。

4. 交货地点：四川省成都市高新区中和街道应龙社区四川省医学科学院·四川省人民医

院实验动物研究所。

5. 售后服务（售后服务涉及费用均包含在投标人的投标报价中）：

5.1 送货上门、安装、调试，并试运行。

5.2 提供培训。安装、调试完成后提供 1 次使用及技术培训。

5.3 质保期不低于 3 年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

5.4 如货物在质保期内出现质量问题，投标人须在接到通知后 24 小时内响应，48 小时内到场维修，或以合同约定为准，并承担相关费用；如质保期内货物经投标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究投标人违约责任。

5.5 投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

6. 投标人须在投标文件中单独提供配置清单（不同产品分别提供，格式参见本章格式 1），并保证清单中的组件名称、型号与生产厂家技术资料（医疗器械注册证、说明书、装箱清单、技术白皮书等，至少其中之一）相符合，采购人将以此为依据进行验收。

7. 签订合同须使用本招标文件中提供的模板（详见第七章），具体条款以招标文件、投标文件及双方另行约定为准。

8. 履约验收方案

8.1 验收组织方式：自行验收；

8.2 是否邀请本项目的其他供应商：否；

8.3 是否邀请专家：否；

8.4 是否邀请第三方检测机构：否；

8.5 履约验收程序：一次性验收；

8.6 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 20 日内组织验收；

8.7 验收组织的其他事项：供应商仅在完成设备安装、调试、使用培训待设备能正常使用后方可提出验收申请；

8.8 技术履约验收内容：招标文件要求及投标文件响应内容、中标产品厂家注册内容、产品说明书（如涉及）等内容进行技术验收；

8.9 商务履约验收内容：按投标文件响应商务内容验收；

8.10 履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收；

8.11 履约验收其他事项：履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。

第五章 评分标准

序号	评分因素及权重	评分指标	分值	评分标准	说明
1	报价部分 30%	投标报价	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30；	以投标人提供的投标报价为准。
2	技术部分 60%	技术服务要求	60 分	技术、服务要求完全符合招标文件要求没有负偏离得 60 分。 1、投标人针对招标文件第四章中的一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注“▲”或“★”的条款） ① 各仪器一般技术参数条款响应得分=（投标人满足该仪器一般技术参数条款的数量÷该仪器一般技术参数条款的总数量）×该仪器一般技术总分。 ② 一般技术总分 20 分，其组成为： 紫外吸收检测仪：5 分； 恒温层析柜：4 分。 ELISA 洗板机：3 分。 纯水机：5 分。 洁净工作台：3 分。 ③ 一般技术参数条款响应得分为各仪器一般技术参数得分总和。 2、投标人针对招标文件第四章“▲”技术参数条款的响应得分规则如下： ① 各仪器“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足该仪器“▲”技术参数条款的数量÷该仪器“▲”技术参数条款的总数量）×该仪器“▲”技术总分。 ② “▲”技术参数总分 40 分，其组成为： 紫外吸收检测仪：11 分； 恒温层析柜：8 分； ELISA 洗板机：6 分； 纯水机：10 分； 洁净工作台：5 分。	其中▲号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若▲号条款技术参数中未要求佐证材料的，投标人需提供说明书、产品彩页、检测报告等技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖投标人公章，如技术指标和配置在技术文件中未对应出现，或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。

序号	评分因素及权重	评分指标	分值	评分标准	说明
				③ “▲”技术参数响应得分为各仪器“▲”技术参数得分总和。 注： ①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审 ③本招标文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条。 若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。	
3	商务部分 10%	业绩	5分	投标人提供自2024年1月1日以来本次投标产品的销售记录（销售方不限），每提供1个得1分，最多得5分。（本次招标产品或分包项中采购产品不止一个的，则按照每提供任意1个产品有1次销售记录得1分，最多得5分）	投标人需提供成交销售记录的合同复印件并加盖投标人公章。
		售后服务	5分	1、投标人在采购人所在地配备针对本项目的专职售后维修技术人员的得2分，没有配备得0分（投标人须承诺[格式自拟]专职售后维修技术人员为投标人在职人员，采购人有权在签订合同前对其真实性查实，若与承诺不一致，则视为虚假响应） 2、从通知维修起至到现场时间≤ 2天得3分；2天$<$从通知维修起至到现场时间≤ 4天，得2分，4天$<$从通知维修起至到现场时间≤ 6天，得1分，从通知维修起至到现场时间> 6天得0分（须提供专职售后维修技术姓名、联系电话，或书面承诺中标后签订合同之前提供以上信息）。	以投标人提供的投标文件为准。

第六章 投标文件格式

（投标文件封面）

项目名称：

投标文件

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期： 年 月 日

一、承诺函

致四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足关于投标供应商的资格要求，包括（不限于）：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件；
- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止投标时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵单位禁止参与期内。

2. 我方已认真阅读并接受本项目招标文件的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3. 本项目投标有效期为 90 天。

4. 投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5. 如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6. 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7. 参加本次采购活动，我方完全同意招标文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要

求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

8. 我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10. 一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12. 我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级投标产品为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标供应商名称： （盖章）

时间：

二、具有独立承担民事责任的能力

(按第三章要求提供)

三、具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

四、本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

(若未涉及，填“无”即可)

五、法定代表人身份证明书

(若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页)

_____(姓名)系_____ (投标供应商名称)的法定代表人/单位负责人
(职务: _____, 电话: _____)。
特此证明。

投标供应商名称: _____ (盖章)

时间: _____

注:

1. 投标供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2. 应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件(提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件)。
3. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

(若委托授权代表参与则提供此页)

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动。委托代理人在投标活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人)： (签字)

委托代理人： (签字)

投标供应商名称： (盖章)

时间：

注：

1. 应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件(提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件)。
2. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

六、采购需求偏离表（含技术、服务要求与商务要求）

序号	采购需求的要求	投标文件响应情况	偏离情况	佐证材料对应投标文件页码

填表说明：

1. 投标供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格并按规定追究其相关责任。
2. 偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3. 需提供的佐证材料，包括但不限于有厂家盖章的技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。

投标供应商名称：（盖章）

时间：

七、配置清单

采购产品 1 名称：XX

序号	组件名称	型号/规格（如有）	单位	数量	备注
1					
2					
3					
...					

采购产品 2 名称：XX

序号	组件名称	型号/规格（如有）	单位	数量	备注
1					
2					
3					
...					

.....

注：供应商必须提供本配置清单且明确单台设备配置。

八、评分需要提供的证明材料

投标供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

九、报价单

我单位作为投标供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为,以及中标后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任(包括赔偿损失、取消评审及中标资格等),我单位本次报价为:

1. 注意事项:

- (1) 下表中投标产品名称、生产厂家、规格型号等信息须与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致。
- (2) 四川省集中采购挂网流水号、挂网最低价如有必填,如无请在表格相应位置写明原因。
- (3) 四川省集中采购挂网最低价以该产品各类挂网价中最低者为准。
- (4) 所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中,投标人需报出该设备涉及的耗材、配件、易损件价格(若有),该部分报价不计入总价中,作为后期采购人采购耗材、配件、易损件参考依据。

2. 报价一览表

序号	产品名称	投标产品名称	医疗器械注册证或备案凭证编号	制造厂商	规格型号	数量	单价(元)	总价(元)	质保期	备注
1										
2										
...										
最终投标报价金额总计(含税): _____元 (大写: ____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元____角____分)										

3. 耗材明细表(若有,请填写,作为后期采购人采购耗材参考依据)

序号	产品流水号或商品代码/产品ID (如无请填写原因)	产品名称	规格型号	制造商	单位	单价(元)
1						
2						
...						

4. 配件、易损件(若有,请填写,作为后期采购人采购配件、易损件参考依据)

序号	产品名称	规格型号	制造商	单位	单价(元)	备注
1						
2						

...						
-----	--	--	--	--	--	--

投标供应商名称：

(供应商公章)

法定代表（负责人）或授权代表人
（签字或加盖个人名章）：
_____年__月__

十、供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

第七章 合同条款（仅中标后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

设备购销合同

合同编号：

签订地点：四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所

采购人（以下简称甲方）：四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所

地址：四川省成都市高新区中和街道应龙社区

项目联系人：*** 电话：***

供应商（以下简称乙方）：***

地址：***

移动电话：***

联系人：***

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《投标文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

一、合同标的（标的如涉及医疗器械，则下表中设备名称、生产厂商及型号规格均须与医疗器械注册证信息保持一致。）

序号	招标产品名称	中标产品名称	医疗器械注册证号（如有）	生产厂商	产地	型号规格	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1										

以上设备配置详见附件：《配置清单》

二、合同总价

本合同总价（含税）为人民币 [***] 元，大写人民币 [***] 圆整；该合同总价已包括设备设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

- 1.乙方须保证向甲方提供的设备（含零部件、配件等）是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求。
- 2.设备必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 3.设备制造质量出现问题，乙方应负责按照第十条承担责任，费用由乙方负担。
- 4.如因设备质量问题导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。
- 5.甲方人员参与合同设备开箱、调试等行为均不免除乙方及厂家对合同设备质量所应负责任。
- 6.本合同采购的设备涉及成品软件的，乙方应保证以下内容（本合同另有约定除外）：

- (1) 本合同中提供给甲方的软件产品是其产品原厂发布的最新版本。
- (2) 负责软件功能的升级、维护和文档更新, 不再收取任何费用。
- (3) 本合同中提供给甲方的软件产品不存在定期密码输入等使用和功能上的限制。
- (4) 本合同中提供给甲方的软件产品不得隐含任何恶意功能, 包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序; 在未获甲方授权的情况下, 不得通过软件收集和扩散任何甲方及其相关联单位的信息。
- (5) 本合同中提供给甲方的软件产品需要严格遵守相关网络信息安全规定。
- (6) 若因乙方操作不当导致本合同中提供给甲方的软件产品及相关系统出现故障或数据遗失等情况, 乙方应负责调试软件至正常使用状态并恢复数据, 因此造成甲方损失的, 乙方须承担相应的赔偿责任。

四、交付

本合同签订生效后***天内由乙方在***向甲方交付本合同约定的全部设备, 并于***日内安装调试完毕且具备验收条件, 如安装工作涉及隐蔽部件安装的, 应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。设备验收合格前, 毁损灭失的风险由乙方承担。

五、验收

1. 甲、乙双方确定, 按照本合同约定的验收方案对乙方交付的设备进行验收。

2. 验收方案:

(1) 验收时间:

☒ 乙方完成全部交付工作并具备验收条件后 X 日内通知甲方验收, 甲方接通知后 X 日内组织验收

☐ 收货后即时验收

(2) 验收方式: ☒ 甲方组织验收 ☐ 委托第三方验收

(3) 验收程序:

☒ 一次性验收 ☐ 分段/分期验收

(4) 验收内容: 本合同约定的全部设备及相关履约情况。

(5) 验收标准:

1) 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

2) 基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

3) 中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)。

4) 如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项, 双方须按照国家相关规定及基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

(6) 是否邀请本项目的其它潜在供应商参与验收: ☐ 是 ☒ 否

(7) 是否邀请专家: ☐ 是 ☒ 否

(8) 是否邀请第三方检测机构: ☐ 是 ☒ 否

(9) 其它验收要求: 无

3. 乙方按照本合同向甲方交付的设备:

☐有试运行期，试运行期为***，试运行期间，如发现设备有缺陷，或性能和质量不符合本项目要求时，乙方须对相关设备进行更换和相应处理，同时试运行期时限按照上述修改、更正期进行相应顺延。

☒无试运行期

4.若验收交付内容涉及试运行的，经试运行达到设计使用要求、技术质量标准并经甲方认可后视为验收通过。

5.如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方不能交付而须支付合同总价***%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

六、主体资格及知识产权

1.主体资格：

乙方应保证其所供设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效。若发生授权资质产生变更、授权时限临近等影响供货的情况，应立即通知甲方并提供相应证明文件，双方协商解决后续事宜。

2.知识产权：

- (1) 乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用设备或者设备的某一部分时，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，由此造成的一切责任由乙方承担。
- (2) 本合同费用包含向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的有关费用及税费。
- (3) 乙方承诺向甲方提供的设备上安装的软件已获得软件厂商的正规授权。
- (4) 如涉及甲、乙双方共同研发的软件产品，知识产权归甲、乙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有。
- (5) 乙方必须对本合同履行过程中所获取的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，保密期为永久，不得向任何第三方透露，不得用作除本合同约定以外的其他用途，否则乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等，损失无法计算的，按照合同总价金额的 10 倍计算违约金。

七、付款方式

1.履约保证金：

☒乙方在合同签订生效之日起的 7 日内，按合同总价 10%支付履约保证金；设备自验收合格之日满 1 年，甲方接到乙方付款申请后 30 个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

☐本合同不涉及履约保证金。

2.本项目价款采用以下方式支付，以人民币结算：

☒一次性支付：

甲方验收合格后 5 日内，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方自收

到上述发票及凭证资料后 55 日内支付合同总价 100%的货款给乙方。

☐分阶段支付，支付期限及额度如下：

(1) 预付款：本合同生效后***个工作日内，甲方预付项目费用总额的***%，即人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

(2) 进度款，甲方应当按照下列方式支付进度款：

☐乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起***个工作日内，向乙方支付相应的费用。

☐乙方完成***，甲方支付项目费用总额的***%，即 人民币(大写)*** 圆整(RMB *** 元)。

(3) 结算款：本项目竣工验收合格后***个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

3.甲方付款前，乙方需出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止履约。

4.乙方开票信息中的设备名称应与本合同中标产品名称一致。

5.乙方开票信息应与合同预留账户信息一致，如有变更，乙方应当在变更后 3 日内通知甲方，否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

八、售后服务

1.乙方应对甲方工作人员进行培训，包括***<……>。设备如需安装调试，乙方应在安装调试前和安装调试中对甲方有关人员进行技术培训（操作、保养、维修等），并提供成套培训资料，直至甲方受训技术人员熟练掌握操作方法；乙方应对甲方维修工程师进行技术培训，直至具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。

2.质保期为验收合格后 *** 年（甲方技术部门主管工程师签署验收报告之日起）。

3.质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修,产品更换,人工费用等一切费用包含在本合同总价中。质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后***小时内响应，***小时内到场维修。不涉及零件更换的，***小时内完成维修；涉及零件更换的，***小时内完成维修或者更换，并承担修理及更换的费用。如质保期内，设备经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权采取要求乙方更换全新设备、退货并追究乙方违约责任等措施。质保期内，如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，费用包括在合同总价中。

4.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，联系人：***，联系电话：***。

5.在质保期内乙方应保证甲方对该设备的使用因故障停用时间小于***个工作日。

6.若设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对设备完全的使用（含维护）提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

7.维修期间，根据甲方需求，乙方应向甲方提供替用设备。

8.设备验收前,乙方应事先申明设备专用耗材和易损件,并将专用耗材和易损件的品名、规格、使用寿命等相关技术资料移交甲方,未经事先申明的耗材和易损件将被纳入质保范围。

9.售后服务涉及费用均包含在合同总价中。

10.质保期外,若出现停机或不能使用等故障,乙方应按维修响应要求提供相应的技术支持提供,如乙方未能按上述约定及时履行维修义务,甲方有权按实际经济损失要求赔偿并追究相应的法律责任。

11.因乙方原因不能够达到上述设备质保及售后服务的约定,按甲方实际无法使用设备的天数自动延长其质保期,甲方有权延后履约保证金的退还时间,并追究乙方因此引发的相应的法律责任。

九、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务:

- (1) 甲方有权获得乙方所提供的设备、服务及相关知识产权。
- (2) 甲方有权及时了解和监督乙方备货的进展情况。
- (3) 甲方应向乙方提供完成设备安装、调试等所必需的资料和工作条件。
- (4) 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

2.乙方的权利和义务:

- (1) 乙方有权按照本合同约定收取合同价款。
- (2) 乙方有权要求甲方提供设备安装、调试所必需的资料和工作条件。
- (3) 乙方应派遣身体健康、有相关工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场并提供安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务,该技术服务费用包括在本合同总价内。
- (4) 如果甲方发现乙方交付的设备有缺陷,或性能和质量不符甲方要求时,乙方应负责无偿地更换所交付的设备。因乙方交付的设备存在缺陷,或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的,乙方应承担相应的责任。
- (5) 在售后服务期内,乙方应负责向甲方提供与设备使用相关的更新或改进的运行经验、技术指南和安全方面的所有资料及信息,且负责对设备包含的软件进行更新、升级,并提供相应的培训、维护服务,相关费用包含在本合同总价中。
- (6) 乙方保证其所交付的设备不存在任何权利瑕疵,如任何第三方就乙方交付的设备向甲方提起侵权索赔,乙方应负责与第三方交涉,并承担由此引起的一切法律责任,相关费用由乙方承担。
- (7) 乙方承诺所提供的设备不含有任何安全隐患,并在设备使用期间承担全部责任(包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等)。发生任何由于设备使用安全引起的事故时,乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。
- (8) 乙方对依照本合同向甲方提供的设备在安装、调试、使用、维修、保养等过程中所获得的所有数据

及甲方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何第三方透露或泄露。

十、违约责任

1.甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备的，甲方应偿付合同总价 10%的违约金。

2.乙方违约责任：

- (1) 乙方拒绝交付设备，或交付的设备经两次验收仍不符合本合同约定的验收标准，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额 5%的违约金，并承担其它相应的经济损失。
- (2) 质保期内出现质量问题，经 2 次调试或维修仍不能达到合同约定的功能要求和技术指标，甲方有权解除合同并要求退货，乙方按照合同总额的 5%向甲方支付违约金，如乙方已缴纳履约保证金的，履约保证金不予退还。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就差额部分赔偿甲方责任。
- (3) 因乙方原因逾期交付，每逾期一天，须向甲方支付合同总额 3%的违约金。因乙方原因逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方须按合同总价的 5%向甲方支付违约金，如乙方已缴纳履约保证金的，履约保证金不予退还。
- (4) 乙方未按合同约定及时履行培训及维护义务时，乙方应按按设备开发总费用的 5%向甲方支付违约金，乙方支付违约金的同时，仍有义务对甲方进行培训及对设备进行维护。
- (5) 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付 5%的违约金。
- (6) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
- (7) 乙方交付设备因质量问题导致甲方及第三方人身、财产损失的，乙方承担由此造成的全部法律责任。
- (8) 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。
- (9) 乙方在安装、调试及售后服务过程中，因未按规程操作、未采取必要的安全防范措施等原因直接或间接造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。
- (10) 本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

十一、不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

十二、合同终止及解除

1.合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

2.在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

十三、争议解决办法

3.因设备的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

4.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

十四、送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

1.甲方送达地址：四川省成都市高新区中和街道应龙社区。

2.乙方送达地址：***

3.甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

十五、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.双方需要说明的其他事项：***（如有）

3.本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

十六、合同附件

1.本合同包含附件，下列附件是构成本合同不可分割的部分：

附件：配置清单

本合同附件与合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：	四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所	乙方：	
法 定 代 表 人 （授权代表签字或盖章）：		法 定 代 表 人 （授权代表签字或盖章）：	
签字日期：		签字日期：	
地 址：	成都市高新区中和街道应龙社区	地址：	
开户银行：	成都市农行光华支行	开户银行：	

户名：	四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所	户名：	
账号：	804101040005534	账号：	
纳税号：	12510000727444876T	纳税号：	

附件：设备配置清单

附件：配置清单

- 1.本合同第一条中写明的各设备须分别填写单独的配置清单。
- 2.中标产品名称和前面设备信息中中标产品一致。

以下配置为单台设备配置<根据项目实际情况编制>

1.中标产品名称：***

序号	组件名称	型号/规格（如有）	单位	数量	备注
1					

2.中标产品名称：***

序号	组件名称	型号/规格（如有）	单位	数量	备注
1					

3.***

廉洁购销协议

甲方：四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防购销领域不正之风,我单位与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我单位的采购管理制度,如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动,上述活动不与甲方的采购行为挂钩。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义,或者以报销各种费用等变相给付财物的形式,获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我单位供货的同规格型号同质量等级投标产品为全省最低价,办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为

同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购部门各执一份。

甲方：四川省医学科学院·四川省 乙方： 供应单位(盖章)

人民医院实验动物研究所(盖章)

甲方代表签字：

乙方代表签字：

日期：

日期：